

# 의료기기 회수에 대한 공표

(위해 정도 3)

의료기기법 제31조 및 의료기기법 시행규칙 제52조에 따라  
아래 의료기기를 회수합니다.

1. 품목명: 일회용발조절식전기수술기용전극
2. 제품설명: 20CM IM DISP BAYONET 0.5MM TIP 외
3. 모델명: 6770-200-005 외
4. 허가·인증·신고번호: 수인 17-4709 호
5. 분류번호(등급): A35025.03(2)
6. 제조번호 또는 로트번호: "붙임 1" 참조
7. 제조일자 또는 사용(유효)기한: 제조일로부터 36개월
8. 회수사유: 제품 라벨의 사용 기한이 36개월이 아닌 54개월로 표시됨
9. 회수방법 및 판매업자 협조사항 등: 한국스트라이커(주)로 반송
10. 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문 확인 후 고객확인서 작성 및 제품 회수에 협조
11. 회수개시일: 2023년 9월 5일
12. 회수의무자: 한국스트라이커(주) (대표자 심현우)
13. 소재지: (06164) 서울특별시 강남구 영동대로 517 아셈타워 6층
14. 연락처: TEL) 02-3451-7643, [SKL-QA@stryker.com](mailto:SKL-QA@stryker.com)
15. 작성연월일: 2023년 9월 7일.

\* 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 즉시 판매 및 사용을 중지하고 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 회수대상 제품 목록

모델명	제조번호 (Lot No 또는 Serial No)
6770-200-005	201029006
6780-230-005	201105009
6770-200-005	201022005
6780-200-005	201015014
6780-200-010	201015015
6760-230-005	201203014
6760-230-005	201203014
6780-200-005	201008016
6780-200-005	201008016
6770-180-010	200731007
6770-230-005	201008013