

의료기기 회수에 대한 공표

(위해 정도 3)

의료기기법 제34조 규정에 따라 아래의 의료기기를 회수함을
공표합니다.

- 품목명: 의료용 절삭기구
- 제품명: -
- 모델명: 5540011010 외 1건
- 허가·인증·신고번호: 서울 수신 15-579호
- 분류번호(등급): A55050.01 (1)
- 제조번호 또는 로트번호: 22259017, 22286017
- 제조일자 또는 사용(유효)기한: 제품 라벨 참조
- 회수사유: 패키지 내부의 장치가 외부 라벨의 제품 정보와 일치하지 않을 가능성이 있습니다(예: 라벨에는 5540-011-010으로 표시되어 있지만 패키지에는 5540-011-015 장치가 들어 있거나 그 반대의 경우).
- 회수방법 및 판매업자 협조사항 등: 한국스트라이커(주)로 반송
- 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문 확인 후 고객확인서 작성 및 제품 회수에 협조
- 회수개시일: 2025년 12월 19일
- 회수의무자: 한국스트라이커(주) (대표자 심현우)
- 소재지: (06164) 서울특별시 강남구 영동대로 517 아셈타워 6층
- 연락처: TEL) 02-3451-7643, SKL-QA-PMS@stryker.com
- 작성연월일: 2026년 01월 09일

* 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 즉시 판매 및 사용을 중지하고 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다