

# 제목: 의료기기 회수에 관한 공표

(위해 정도 2)

의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을  
공표합니다.

1. 품목명: 수술용무영등
2. 제품명: Chromophare
3. 모델명: CH00000001
4. 허가·인증·신고번호: 수신16-2638호
5. 분류번호(등급): A03010.01 (1)
6. 제조번호 또는 로트번호: na
7. 제조일자 또는 사용(유효)기한: 제품 라벨 참조
8. 회수사유: 스트라이커는 일부 생산분의 소ffit 링(Soffit Ring)이 천장 덮개의  
계를 제대로 지탱하지 못할 수 있음을 발견했습니다. 이로 인해 덮개가 움직  
나 천장 튜브 아래로 미끄러질 수 있습니다. 천장 덮개가 움직이면 천장 위쪽  
간이 노출되어 먼지, 파편, 잔류물 또는 기타 오염 물질과 같은 입자가 무균  
으로 유입될 수 있습니다.
9. 회수방법 및 판매업자 협조사항 등: 수리 및 교체
10. 소비자가 취해야 하는 행동: 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 구매처에 문의
11. 회수개시일: 2026년. 03월. 16일.
12. 회수의무자: 한국스트라이커(주) (대표자: 심현우)
13. 소재지: (06164) 서울특별시 강남구 영동대로 517 아셈타워 6층
14. 연락처: TEL) 02-3451-7643, EMAIL) SKL-QA-PMS@stryker.com
15. 작성연월일: 2026년. 03월. 16일.

\* 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은  
즉시 판매·사용을 중지하고 회수의무자가 조치할 수 있도록  
회수에 협조하여 주시기 바랍니다.