

# 제목: 의료기기 회수에 관한 공표

(위해도 3)

의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.

1. 품목명: 골절합용나사
2. 제품명: Variax2 Locking Screw
3. 모델명: 657328
4. 허가·인증·신고번호: 수허 13-3501 호
5. 분류번호(등급): B03100.01 ( 3 )
6. 제조번호 또는 로트번호: AM5253
7. 제조일자 또는 사용(유효)기한: 해당사항없음.
8. 회수사유: 고객 불만 접수 후 제조사에서 해당 로트의 제품이 드라이버와 결합에 필요한 육각형 홈이 없는 상태로 제조되었음을 확인하였습니다.
9. 회수방법 및 판매업자 협조사항 등: 고객 확인서 작성 및 해당 제품 한국스트라이커로 반품
10. 소비자가 취해야 하는 행동: 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 한국스트라이커 담당자에게 연락
11. 회수개시일: 2026년 4월 10일
12. 회수의무자: 한국스트라이커 (대표자: 심현우)
13. 소재지: (06164) 서울특별시 강남구 영동대로 517 아셈타워 6층
14. 연락처: TEL) 02-3451-7634, sklqapms@stryker.com
15. 작성연월일: 2026년 4월 9일

\* 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 즉시 판매·사용을 중지하고 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.