

제목: 의료기기 회수에 관한 공표

(위해도 3)

의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.

1. 품목명: 세정용 튜브
2. 제품명: AHTO Tube Set
3. 모델명: 0250-070-600, 0250-0070-640
4. 허가·인증·신고번호: 서울 수신 13-1406호
5. 분류번호(등급): A79160.06(1)
6. 제조번호 또는 로트번호: 24312FG2 외 (첨부 참조)
7. 제조일자 또는 사용(유효)기한: 제조일로부터 2년
8. 회수사유: 최근 사용 중 핸드피스에서 새는 현상에 대한 불만 신고가 꾸준히 증가하고 있습니다.
9. 회수방법 및 판매업자 협조사항 등: 고객 확인서 작성 및 해당 제품 한국스트라이커로 반품
10. 소비자가 취해야 하는 행동: 제품에 표시된 고객센터에 문의 또는 한국스트라이커 담당자에게 연락
11. 회수개시일: 2026년 7월 16일
12. 회수의무자: 한국스트라이커 (대표자: 심현우)
13. 소재지: (06164) 서울특별시 강남구 영동대로 517 아셈타워 6층
14. 연락처: TEL) 02-3451-7634, sklqapms@stryker.com
15. 작성연월일: 2026년 7월 16일

* 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 즉시 판매·사용을 중지하고 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.

<첨부> 로트 번호

24312FG2	24346FG2	24352FG2	24353FG2	24355FG2	24361FG2
25017FG2	25028FG2	25059FG2	25065FG2	25069FG2	25071FG2
25073FG2	25080FG2	25085FG2	25101FG2	25113FG2	25114FG2
25115FG2	25160FG2	25162FG2	24284FG2	24313FG2	24338FG2
24344FG2	25009FG2	25036FG2	25062FG2	25091FG2	25129FG2